



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКБ ВЕСТА", Место нахождения: 192102, РОССИЯ, Г. Санкт-Петербург, УЛ. САМОЙЛОВОЙ, Д. 5, ЛИТ П, ПОМ. 4Н-18, Адрес места осуществления деятельности: 192102, РОССИЯ, Г. Санкт-Петербург, ул. Самойловой, дом 5 литер П, пом. 4Н-18, ОГРН: 1027807974985, Номер телефона: +7 9633224097, +7 8123290534, +7 8127661855, Адрес электронной почты: info@okbvesta.ru

В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР БЫКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

заявляет, что Весы лабораторные ВМ-II модификаций: ВМ5101М-II, ВМ6101М-II, ВМ12001М-II, ВМ24001М-II; Весы лабораторные ВМ модификаций: ВМ5101, ВМ6101, ВМ12001, ВМ24001

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКБ ВЕСТА", Место нахождения: 192102, РОССИЯ, Г. Санкт-Петербург, УЛ. САМОЙЛОВОЙ, Д. 5, ЛИТ П, ПОМ. 4Н-18, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 192102, РОССИЯ, Г. Санкт-Петербург, ул. Самойловой, дом 5 литер П, пом. 4Н-18

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: технические условия, номер: ТУ 4274-005-58887924-2013; технические условия, номер: ТУ 4274-003-58887924-2007

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8423819000; 8423819000

Серийный выпуск.

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Декларация о соответствии принята на основании протокола 4459/ЭМС выдан 20.11.2023

испытательной лабораторией "Испытательный центр ООО "Северо-западный научно-технический центр испытаний и сертификации "Регламентсерт"" RA.RU.21M358; **4459** выдан 20.11.2023 испытательной лабораторией "Испытательный центр ООО "Северо-западный научно-технический центр испытаний и сертификации "Регламентсерт"" RA.RU.21M358;

Схема декларирования: 3д.

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ IEC 61010-1-2014, Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ IEC 62311-2013, Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничений воздействия на человека электромагнитных полей; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ IEC 61010-1-2014, Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ IEC 62311-2013, Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничений воздействия на человека электромагнитных полей; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования. Условия хранения: чистые, отопляемые, вентилируемые помещения с температурой воздуха от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажностью до 80%. Срок хранения весов – 6 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации весов 36 месяцев со дня отгрузки. Продукция маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза на изделия, упаковке и на товаросопроводительной документации. Срок службы 8 лет; Условия хранения: чистые, отопляемые, вентилируемые помещения с температурой воздуха от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажностью до 80%. Срок хранения весов – 6 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации весов 36 месяцев со дня отгрузки. Продукция маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза на изделия, упаковке и на товаросопроводительной документации. Срок службы 8 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 19.11.2028 включительно

(подпись)



БЫКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.86479/23

Дата регистрации декларации о соответствии:

20.11.2023